

Техническая спецификация Услуги по поверке термометров

Описание: поверка неконтактных инфракрасных пирометров, тип Raynger ST, диапазон измерений от минус 32 до плюс 550 *С.

Соответствие стандартам: поверка проводится в соответствии KZ.04.02.06208-2012

Требование о предоставлении гарантии с указанием срока: обязательное предоставление сертификата о поверке, действующего на год с даты поверки.

Количество весов: 5 шт.

Оплата услуги: после подписания акта приёмо-передачи



Менеджер по организации питания

Таня Эппльярд