

Техническая спецификация

1. Манометры, штангенциркуль и прибор для замера разности давления

п/п	Тип	Диапазон измерения	Класс точности	Кол-во
1	T-5691	0 до 4000 psi	2 разряд МП-250	2
2	НС-1399	0 до 5000 psi		1
3	9351162	0 до 400 psi		1
4	ШЦЦ- III-500		0.05 мм	1
5	9119625	0 до 60 psi		1

Данные прибор состоит в госРеестре РК.

Метрологическая организация должна предоставить сертификат о поверке/калибровке после выполнения услуг. Также на каждом приборе должна быть нанесена калибровочная метка или лейбл о проведении калибровки /поверки.

Время на проведение поверки/калибровки должно быть не более 10 календарных дней.

При возникновении производственной необходимости, метрологическая организация должна также иметь возможность о предоставлении услуг по поверке /калибровке инструмента в течении 2 рабочих дней с категорией «срочно»:

При предоставлении коммерческого предложения приложить техническую спецификацию с указанием стоимости услуг по калибровке/поверке одной единицы СИ.

Таш

 air astana
Olga Gavrilenko
Technical Stores Manager