

Техническая спецификация Услуги по поверке термометров

Описание: поверка неконтактных инфракрасных пирометров, тип Raynger ST, диапазон измерений от минус 32 до плюс 550 *С.

Соответствие стандартам: поверка проводится в соответствии KZ.04.02.06208-2012

Требование о предоставлении гарантии с указанием срока: обязательное предоставление сертификата о поверке, действующего на год с даты поверки.

Количество весов: 5 шт.

Оплата услуги: после подписания акта приёмо-передачи

Менеджер по организации питания



Таня Эпильярд

Техническая спецификация

Услуги по поверке весов

Описание: поверка весов фасовочных, тип SW 10DD, диапазон измерений 10 кг ($d=5г$)

Соответствие стандартам: поверка проводится в соответствии ГОСТ 8.453-82 "Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки"

Требование о предоставлении гарантии с указанием срока: обязательное предоставление сертификата о поверке, действующего на год с даты поверки.

Количество весов: 1 шт.

Оплата услуги: после подписания акта приёмо-передачи

Требования к поставщику услуги: наличие необходимых согласований и договоров с изготовителем.



Менеджер по организации питания

Таня Энпльяд