

Техническая Спецификация

Ремонт, технический уход и сервисное обслуживание дефибрилляторов
Phillips FRx.

Электроды дефибриллятора хранятся в специальном футляре.

На футляре для электродов указан срок годности (как минимум два года с даты производства).

Площадь активной поверхности

80 см² каждый

Работы включают в себя следующее:

1. Докомплектация дефибрилляторов одноразовыми электродами для дефибрилляции взрослых и детей.

2. Осуществление замены электродов по истечению срока годности.

Электроды должны быть в наличии для плановых замен дефибрилляторов.

Количество замен -60

Сопутствующие услуги:

1. предоставление тренингов по их использованию.

2. Доукомплектацию и замену дефибрилляторов имеет право производить только специалист, имеющий медицинское образование.

3. Забор и доставка должна осуществляться со стороны поставщика в течение 1-3 рабочих дней до 16:00.

Обязательное предоставление технической спецификации

Baglan Aidynbayev
Materials Planning and AOG Manager