

Техническая Спецификация

Лот №1 Трехточечный нутромер 100 мм. -125 мм

Точность измерения: 0,01 мм.

От 100 мм-125 мм.

Функциональное предназначение: Предназначен для измерения внутренних диаметров деталей, глухих и сквозных отверстий.

Физическое описание: Металлический стержень с ручкой для регулировки, с Ж.К дисплеем. С расположенными в основании тремя выдвижными цилиндрами.

Лот №2 Трехточечный нутромер 125 мм. -150 мм

Точность измерения: 0,01 мм.

От 125 мм-150 мм.

Функциональное предназначение: Предназначен для измерения внутренних диаметров деталей, глухих и сквозных отверстий.

Физическое описание: Металлический стержень с ручкой для регулировки, с Ж.К дисплеем. С расположенными в основании тремя выдвижными цилиндрами.



общие требования к 1 и 2 лотам

Нутромеры должны комплектоваться оригинальным боксом и установочным кольцом - 125 мм.

Нутромеры должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК.

Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию с указанием марки, модели и страны производителя.

Образец товара соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, должен быть предоставлен до 12:00 часов следующего

рабочего дня, после окончательного срока представления заявок или предоставить фотографию предлагаемого товара вместе с ценовым предложением(в составе заявки на участие в закупке).

Образцы будут возвращены после подведения итогов.

Нутромеры должны иметь сертификат соответствия (паспорт, формуляр) не менее чем со сроком калибровки 12 месяцев.

Обязательное представление технического описания по руководству работы с данными нутромерами.

Супервайзер инструментального склада

Анатолий Душкин

Василий Осипов