

Техническая спецификация

Манометр предназначен для измерения давления газа или жидкости в BAR

Манометр с трубкой Бурдона.

Предмет округлой формы с оцифрованной шкалой и штуцером снизу для подсоединения шлангов.

Исполнение EN 837-1

Диаметр корпуса 050 мм

Класс точности 1.6


Диапазон измерений 0 до 16 bar

Резьба G1/4 В

Присоединение: внизу по центру.

Манометр устанавливается на воздушный редуктор установки с чертёжным номером -

JMPCFM56D4777C200 (Тележка для промывки авиационного двигателя- фирма производитель - Juniper)



Манометр должен быть внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК.

Манометр должен иметь сертификат соответствия (паспорт) не менее чем со сроком калибровки 12 месяцев.

Поставщик должен предоставить гарантию сроком не менее 12.

Образец товара соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, должен быть предоставлен до 12:00 часов следующего рабочего дня, после окончательного срока предоставления заявок или предоставить фотографию предлагаемого товара вместе с ценовым предложением (в составе заявки в закупке).

Обязательное указание страны производителя и марки

Обязательное представление технической спецификации.



Супервайзер инструментального склада

Душкин А.В

Техническая спецификация

Манометр предназначен для измерения давления газа или жидкости в BAR

Манометр с трубкой Бурдона.

Предмет округлой формы с оцифрованной шкалой и штуцером снизу для подсоединения шлангов.

Исполнение EN 837-1

Диаметр корпуса 050 мм


Класс точности 1.6

Диапазон измерений 0 до 400 bar

Резьба G1/4 В

Присоединение: внизу по центру.

Манометр устанавливается на воздушный редуктор установки с чертёжным номером - JМРСFМ56D4777C200 (Тележка для промывки авиационного двигателя- фирма производитель - Juniper)



Манометр должен быть внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК.

Манометр должен иметь сертификат соответствия (паспорт) не менее чем со сроком калибровки 12 месяцев.

Поставщик должен предоставить гарантию сроком не менее 12.

Образец товара соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, должен быть предоставлен до 12:00 часов следующего рабочего дня, после окончательного срока предоставления заявок или предоставить фотографию предлагаемого товара вместе с ценовым предложением (в составе заявки в закупке).

Обязательное указание страны производителя и марки

Обязательное представление технической спецификации.



Супервайзер инструментального склада

Душкин А.В