

Техническая спецификация

Название: Прибор для измерения концентраций кислорода

Место поставки товара: Республика Казахстан, г. Алматы, территория Международного аэропорта г. Алматы, ангар АО «Эйр Астана», 3 центр.

Характеристика: Прибор предназначен для измерения и отображения концентраций кислорода в дыхательных смесях газов. Используется для подтверждения, проверки или постоянного наблюдения за концентрацией кислорода в условиях, где контролируется концентрация кислорода.

Параметры:

- Прибор в пластмассовом корпусе имеет дисплей и кнопки включения и калибровки.
- Анализатор кислорода в процентах от размера пальца должен измерять концентрации O₂ от 0 до 100%.
- Усовершенствованный гальванический кислородный датчик
- Не менее 32-месячный срок службы датчика;
- Не менее 13 000 часов использования батареи

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик, марки/ модели, наименование производителя и страны производителя.

Указать точный срок гарантии: не менее 12 месяцев на все узлы (гидравлика, подъемный механизм, механизм поворота).

Инженер
Рощупкин А.Д.
АО «Эйр Астана»

Подпись

